

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI LABORATORIO CON DURATA ANNUALE DAL 04/01/2024 AL 03/01/2025.

DOMANDA:

- Lotto 1: imbuto gocciolatore che capacità? Cosa si intende per coppa 50mm?

Risposta: la descrizione corretta è la seguente **IMBUTO GOCCIOLATORE f/unificata, ml 50, rubinetto PTFE, con tappo NS 14/23**

DOMANDA:

- Lotto 6: si chiede di specificare la filettatura e la capacità delle taniche.

Risposta: Per la verifica puntuale della filettatura e della capacità delle taniche è necessario un sopralluogo direttamente in laboratorio. Ci potrebbe essere disponibilità per giovedì 07 dicembre con orario da concordare con la direzione.

Cesenatico, 06/12/2023